

9.1 KVALITETSSIKRING AF LABORATORIEMEDICIN

I ALMEN PRAKSIS

KLAP

Protokollat til Landsoverenskomstens § 75 udsiger bl.a.:

” Der er mellem parterne enighed om, at der med henblik på at sikre såvel den tekniske som faglige kvalitet af de laboratorieundersøgelser, der udføres i almen praksis, skal indføres kvalitetssikringsordninger i alle amter.

Det aftales i samarbejdsudvalget, hvilke laboratorieundersøgelser i henhold til § 75 der skal omfattes af amtets kvalitetssikringsordning, og hvorledes den skal gennemføres. ”.....

”Der oprettes en laboratoriekonsulentordning”

”Læger, der i egen klinik ønsker at udføre laboratorieundersøgelser omfattet af kvalitetssikringsordningen, skal tilmeldes ordningen for at kunne udføre laboratorieundersøgelser for sygesikringens regning.”.....

”Samarbejdsudvalget kan nedsætte en styregruppe, der rådgiver samarbejdsudvalget på laboratorieområdet, herunder om konsulentfunktionen. Der skal i styregruppen være den fornødne faglige ekspertise. ”

Samarbejdsudvalgene i Københavns Amt og Københavns Kommune har besluttet, at en forudsætning for at blive honoreret for udførte laboratorieanalyser er, at lægen er tilmeldt konsulentordningen og modtager konsulentbesøg fra KPLL én gang årligt.

Endvidere er det i samarbejdsudvalgene besluttet, at parallelanalyser af følgende analyser er obligatorisk :

Hæmoglobin

Glucose

CRP

INR

For Københavns Amt endvidere følgende §2-aftalte analyser :

Urat

Kalium

Cholesterol

Triglycerid.

I en årrække har der i Københavns Amt og Københavns Kommune i samarbejde med Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium, KPLL, været udført en række kvalitetssikringstiltag indenfor laboratoriemedicin i almen praksis.

Det er i praksisudvalgene besluttet, at KPLL medvirker til den praktiske udformning af KLAP.

Der er nedsat en Koordinationsgruppe med medlemmer fra Forvaltningerne, fra praksisudvalgene, fra praksiskonsulentordningen og fra KPLL.

KPLL foretager den praktiske udførelse af KLAP ved :

1. Parallelanalysering.
2. Konsulenttjeneste med 1-årlig besøg af laboratoriekonsulenter.
3. Lægestatistikker udsendt én gang årligt .
4. KLAP-møder ved de klinisk biokemiske overlæger i efteruddannelseskredse/12-mandsforeninger. Med udgangspunkt i de deltagende lægers statistikker diskuteres anvendelsen af KPLL´s klinisk-biokemiske ydelsesrepertoire med generelle anbefalinger om brugen af "de rigtige" analyser.
5. Daglig mulighed for kontakt til klinisk biokemisk overlæge og til kardiologisk overlæge.

6. Mini-symposier én gang årlig omhandlende klinisk-biokemiske, kardiologiske og klinisk-fysiologiske emner.
7. Udsendelse af KPLL-Nyt/orientering flere gange årlig ligeledes omhandlende klinisk-biokemiske, kardiologiske og klinisk-fysiologiske emner.
8. Medvirken til uddannelse af lægernes hjælpepersonale.

Herved opfyldes de anbefalinger Laboratorieudvalget under ” Fagligt Udvalg vedr. Almen Praksis” nedsat af PLO og Sygesikringens Forhandlingsudvalg i en redegørelse af maj 2002 er fremkommet med vedrørende indhold og organisering af amtslige kvalitetssikringsordninger angående de biokemiske aktiviteter.

9.2 Parallelanalysering.

Ordningen er beskrevet på den specielle henvisningsseddel. Sedler fornys ved direkte henvendelse til Formula tryk. Ved problemer kan laboratoriekonsulenterne kontaktes (tlf. 33744131).

Bemærk :

Henvisningssedlen og svarafgivelsen er relateret til det enkelte ydernummer og ikke til nogen patient.

Det, der undersøges ved parallelanalyseringen, er lægens patientnære apparat og ikke patienten.

Såfremt lægen ønsker analysen – ex hæmoglobin – undersøgt på KPLL samtidig med parallelanalyseringen, skal det gøres ved siden af på sædvanlig vis med sædvanligt glas og anvendelse af sædvanlig henvisningsseddel.

Lægen honoreres både for egen patientnære analyse og for blodprøvetagning og forsendelse til KPLL
(2101/2601)

Henvisningssedlerne er fortrykte til den enkelte læge (ydernummer) med et erstatnings-CPR.

Resultaterne er relateret til dette erstatnings-CPR-nummer og vil ikke lagres automatisk i lægens EDB-system.

Svaret kan lagres ved ændring til et for lægens EDB-system acceptabelt CPR-erstatningsnummer, ex. lægens fødselsdag xx xx xx - *111 – dette skal gøres hver gang.

Kumuleret papirsvar er ligeledes relateret til det af KPLL valgte erstatnings-CPR-nummer.

Gruppepraksis kan vælge kun at lade én læge stå for parallelanalyseringen, med anvendelse kun af dennes læges specielle parallelanalyseringshenvisninger. Giv venligst besked herom ved besøg af KPLL's laboratoriekonsulenter.

Ved svarafgivelsen vil være anført en ratio mellem lægens egen patientnære værdi og den værdi KPLL anser for sand – ideelt omkring 1,0.

Laboratorieudvalget under "Fagligt Udvalg vedr. almen praksis" anbefaler at parallelanalyser for hgb, glucose, INR udføres mindst én gang om måneden, endvidere at CRP parallelanalyseres mindst hver 6. måned.

For urat, kalium, kolesterol og triglycerid anbefaler Københavns Amt og KPLL parallelanalyser mindst 4 gange om året.

9.3 Konsulentbesøg

Alle praksis tilmeldt konsulentordningen besøges én gang årligt af en laboratoriekonsulent fra KPLL. Typisk foreslår konsulenterne en tid for besøget. Der er mulighed for at få ekstraordinært besøg ved akut behov. Tilmelding til konsulentordningen kan ske ved at kontakte konsulenterne på tlf. 33 74 41 31. Et konsulentbesøg kan indeholde følgende:

Nyheder fra KPLL bl.a. vedrørende :

KPLLs hjemmeside

Analyser (primo 2006 f.eks. Pusteprov for *Helicobacter Pylori*)

WebReq

Kvalitetskontrol:

Orientering fra sundhedsforvaltningen om deltagelse i parallelanalysering

Vejledning i udførelse af parallelanalysering (medbragte kumulerede papirsvarrapporter sammenlignes evt. med lægens skærbilleder)

Status/gennemgang af resultater af parallelanalyser

Kontrol af apparatur til:

Glucose (medbragt apparat)

Hemoglobin (medbragt prøve)

CRP (medbragt eller tilstedeværende firmakontrol)

INR (kontrol af indstilling)

Klinisk kemi (kontrol af indstilling)

Blodtryksapparater (Y-rørstilslutning til medbragt apparat)

Vejledning i brug af centrifuge:

Henstand af prøver

Modvægt

Indstilling af omdrejninger og tid

Sikkerhedsregler:

Sikkerhedskanyler

Affald

Udløbsdato på utensilier:

Glas til blodprøver

Kuvetter til hemoglobinmåling

Kuvetter / stix til glucosemåling

Strips til INR

Strips til Klinisk kemi

Reagens til CRP

StrepA

U-HCG

Urinstix

Prøvetagning / Apparatur / Forsendelse:

Vejledning i prøvetagning (vene / kapillær)

Spørgsmål til laboratoriets rekvisitionssedler

Mærkning af glas

Kursustilbud for praksispersonale

Praktisk arbejdsgang ved brug af apparatur

Valg / indkøb af praksisrelevant apparatur (Der henvises til www.skup.dk og til www.kpll.dk med årsberetning for forskellige apparaters resultater i parallelanalyse, og der gives oplysning om den faktiske hyppighed i amt 13 og 15 af forskellige apparater)

Afhentning / forsendelse af prøver

Registrering af apparatur i praksis:

Audiometri

EKG

Lungefunktion

Mikroskop

Tympanometri

Dyrkning

Resistens

Glas til SR

Apparatur til aflæsning af urinprøver

Laboratoriekonsulenterne 2006

9.4 Henvisningsseddel

Henvisningseddel: Kvalitetskontrol af patientnære analyser

Dokumentnr. 70116.